

PONTAS DE PROVA MTL-24A

CARACTERÍSTICAS

- **Padrão de Conexão:** Banana 4mm com Isolamento Completo.
- **Revestimento do Cabo:** Silicone de Alta Flexibilidade.
- **Tensão de Isolamento:** 1000V AC/DC Dupla.
- **Corrente sobre Conductor:**
 - 10A (nominal),
 - 20A por no máximo 30 segundos.
- **Resistência da Ponta:** <0,06Ω (cada ponta).
- **Certificação:** CE (identificado nas pontas de prova).
- **Comprimento do Cabo:** Aproximadamente 900mm.
- **Comprimento do Borne:** Aproximadamente 22mm.
- **Acompanha:**
 - Protetores para os Terminais (1 par)
 - Protetores para os Bornes Banana (1 par)
 - Garras Jacaré Pequena CAT III 1000V (1 par)
- **Garantia:** de 3 (três) meses, contados a partir da emissão da nota fiscal.

SEGURANÇA

Este instrumento está de acordo com a norma de segurança IEC 61010-1 CAT III 1000V e CAT IV 600V com dupla isolamento.

Utilize sempre instrumentos de proteção individual.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS / REPOSIÇÃO

Esse é um acessório de substituição/reposição para o instrumentos de medição.

Contate-nos para verificar a compatibilidade desse acessório com o seu instrumento.

Utilize sempre acessórios originais Minipa.

