

## PONTAS DE PROVA MTL-7

### CARACTERÍSTICAS

- **Padrão de Conexão:** Banana 4mm com Isolamento Completo;
- **Revestimento do Cabo:** Silicone de Alta Flexibilidade;
- **Tensão de Isolamento:** 1000V AC/DC Dupla;
- **Corrente sobre Condutor:**
  - 10A (nominal);
  - 20A por no máximo 30 segundos;
- **Resistência da Ponta:** <0,06Ω (cada ponta);
- **Certificação:** CE (identificado nas pontas de prova);
- **Comprimento do Cabo:** Aproximadamente 920mm;
- **Comprimento do Borne:** Aproximadamente 19mm;
- **Acompanha:** Protetores para os Bornes Banana (1 par);
- **Garantia:** 90 (noventa) dias de garantia legal, contados a partir da emissão da nota fiscal.



### SEGURANÇA

Este instrumento está de acordo com a norma de segurança IEC 61010-1 CAT III 1000V e CAT IV 600V com dupla isolação.

Utilize sempre instrumentos de proteção individual.

### ACESSÓRIOS OPCIONAIS / REPOSIÇÃO

Esse é um acessório de substituição/reposição para o instrumentos de medição.

Contate-nos para verificar a compatibilidade desse acessório com o seu instrumento.

Utilize sempre acessórios originais Minipa.



\*Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.

[www.minipa.com.br](http://www.minipa.com.br)

**MINIPA DO BRASIL LTDA.**

Matriz: Av. Carlos Liviero, 59 - Vila Liviero - 04186-100

São Paulo - SP - Tel: +55 11 5078-1850

Filial: Av. Santos Dumont, 4401 - Z. Ind. Norte - 89219-730

Joinville - SC - Tel: +55 47 3467-8444

Filial: Rua Morro da Graça, 371 - Jd. Montanhês - 30730-670

Belo Horizonte - MG - Tel: +55 31 2519-4550